Comment utiliser les **tests rapides BTNX**

Détecte la COVID-19

1 INSTALLATION



Placez le tube dans le support



Remplir le tube avec le liquide

2 PRÉLÈVEMENT



Décollez l'emballage et retirez la tige nasale



Compressez la narine avec votre doigt lorsque vous tournez la tige

Insérez la tige nasale jusqu'à **0,5 po** à l'intérieur de la narine.
Tournez **5 fois dans chaque narine;** gauche et droite

3 PRÉPARATION



Déposez la tige dans le tube et la tournez **10 fois** dans le liquide

Déposez le tube avec la tige dans le support et laisser reposer pendant **2 minutes**



Retirez la tige en pinçant le tube



Mettre le bouchon sur le tube

4 DÉPISTAGE

Déposez **3 gouttes** dans la cartouche du test et attendre **15 minutes**

(N'y touchez pas pendant le temps d'attente)

Voici l'exemple d'un test positif, négatif et d'un test invalide



NÉGATIF **POSITIF** **INVALIDE**

Si le résultat est invalide, vous devez tout de suite refaire le prélèvement et le test avec du nouveau matériel

Si vous êtes positif, veuillez téléphoner à la ligne Info-Covid : 1-888-662-7482

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK
NUNAVIK REGIONAL BOARD OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES